

Lista De Chequeo Para Implantes Cocleares

En la Mañana

- Cheque la batería (la pila). Use un medidor de las baterías para estar seguro de que la carga este completa.
- Verifique que el programa y los controles de volumen y sensibilidad estén ajustados a los niveles recomendados.
- Asegúrese de que la señal esté siendo procesada y entregada al dispositivo interno.
 - Si el niño tiene no edad suficiente para indicarlo, use el método específico del aparato (por ejemplo, un pequeño luz o “señal de varita”) para asegurarse la señal está siendo transmitida.
 - Si el niño tiene la edad suficiente, pregúntele si el aparato está funcionando apropiadamente. Invitar el niño a discriminar sonidos del habla (sonidos de Ling, su nombre, “ba ba ba”) para asegurarse de la calidad de la señal.

Al Acostarse

- Cheque la parte que está en contacto con la cabeza, el imán y su cordón para asegurarse de que todo esté funcionando.
- Cargue las baterías se es necesario
- Cheque el puerto de micrófono. Límpielo de basura y de humedad si es necesario.
- Coloque el implante coclear en la caja de secado (“Dry&Store”) para eliminar la humedad durante la noche.
 - Haga esto todas las noches – e inmediatamente si el implante se humedece (con agua o con sudor).
 - Fíjese en el color de los cristales en la caja de secado. Si es necesario, reactivélos en un horno o en un horno de microonda.
- Cheque la incisión detrás de la oreja para asegurarse de que la piel está sana. Vea si se ve roja o hinchada, lo cual indica que el imán está demasiado apretado.
 - Si el imán es demasiado fuerte, dígaselo al audiólogo.

Consejos Importantes

- El objetivo es que su hijo usar el implante coclear durante todas las horas que este despierto, salvo cuando puede mojarse – por ejemplo, al nadar, bañarse, o cuando está lloviendo.
- Evite juguetes plásticos y generadores electrostáticos en los museos de ciencias. Ciertos niveles de descarga electrostática pueden dañar un implante coclear.
 - La electricidad electrostática puede reducirse mediante el uso de líquidos antiestáticos. También se puede hacer una solución con partes iguales de agua y suavizante líquido. Póngala en las alfombras y la ropa y los asientos de automóviles. Las especificaciones se pueden consultar en el manual de uso para el implante coclear.
- Recuerde: Las baterías y las partes pequeñas representan un peligro de asfixia. Las baterías son tóxicos. Mantenga los partes de implantes y las baterías fuera del alcance de los niños pequeños y los animales domésticos.